

Procédure de gestion des incidents

SOP - XXX

1 Historique et processus d'approbation

Action	Auteur	Date + signature (dernière édition)	Approbation	Date + signature approbation (dernière édition)	Approbation contrôle physique (date et signature)
Rédaction					
Adaptation					

2 Table des matières

1	Historique et processus d'approbation.....	1
2	Table des matières	1
3	Objectif	1
4	Perte ou vol d'une source	1
5	Incendie	2
6	Inondation	2
7	Liste des numéros de téléphone.....	2

3 Objectif

Cette procédure décrit les actions à mener en cas d'incidents ; notamment dans les situations suivantes : :

- Perte ou vol d'une source radioactive
- Incendie
- Inondation
- Contamination (voir procédure SOP.....)

4 Perte ou vol d'une source

Toute personne qui constate la perte ou le vol d'une source radioactive en avertit immédiatement le préposé à la surveillance ou le SIPP. Ce dernier avertit les personnes dans la liste ci-dessous.

Des recherches doivent être organisées en interne et sur base des conseils / indications données par l'expert de contrôle physique.

5 Incendie

- NE PRENEZ JAMAIS DE RISQUES et veillez toujours à votre PROPRE SECURITE.
- Si possible : évacuer les sources du labo chaud (principalement l'iode).
- Lutte contre l'incendie avec les équipements disponibles (extincteurs, etc.). Eviter d'utiliser les lances à incendie/ dévidoirs afin de ne pas propager une contamination. Utiliser de préférence un extincteur à mousse.
- Pompiers : Dès l'appel aux pompiers, les avertir du risque radioactif. Ils ne peuvent pénétrer dans le service qu'avec un équipement de protection respiratoire (présence éventuelle d'iode).
- Tenir un registre des personnes exposées durant l'incident
- Avertir Controlatom (voir liste ci-dessous) :
 - o Controlatom mesurera l'éventuelle contamination des pompiers.
 - o Après l'incendie, Controlatom effectuera d'abord des mesures des locaux avant d'autoriser l'accès pour le déblaiement...

6 Inondation

- Si possible : évacuer les sources du labo chaud (pensez aussi aux déchets, qui peuvent entraîner des contaminations importantes suite à un contact avec de l'eau).
- Avertir Controlatom.

7 Liste des numéros de téléphone

Nom	Numéro de téléphone	Fonction
		Préposé à la surveillance
		Chef de service
		Service de prévention
	02/674.51.20	Contrôle physique – Controlatom
Accueil ou rôle de garde	02/289 21 11 02/502 89 99 (urgent)	AFCN
	112	Services de secours

Cette procédure complète le Plan d'Urgence Interne, propre à chaque institution