

Procedure incidentsituaties

SOP - XXX

1 Historiek en goedkeuringsproces

Actie	Auteur	Datum + handtekening (laatste editie)	Goedkeuring	Datum + handtekening goedkeuring (laatste editie)	Goedkeuring fysische controle (datum en handtekening)
Redactie					
Aanpassing					

2 Inhoudstafel

1	Historiek en goedkeuringsproces.....	1
2	Inhoudstafel	1
3	Doel	1
4	Verlies of diefstal van een bron.....	1
5	Brand	2
6	Overstroming	2
7	Lijst met telefoonnummers.....	2

3 Doel

In deze procedures wordt beschreven hoe om te gaan met incidentsituaties. We beschrijven volgende mogelijkheden:

- Verlies of diefstal van een radioactieve bron
- Brand
- Overstroming
- Contaminatie (zie procedure **SOP.....**)

4 Verlies of diefstal van een bron

Elke persoon die een verlies of diefstal van een radioactieve bron opmerkt, meldt dit onmiddellijk aan het hoofd van de inrichting, de preventieadviseur of de aangestelde voor bewaking. Deze laatste waarschuwt de personen in onderstaande lijst.

Er dient een zoekactie georganiseerd te worden.

5 Brand

- NEEM NOOIT RISICO'S en hou steeds je EIGEN VEILIGHEID voor ogen
- Indien mogelijk: bronnen evacueren uit het warm labo (denk vooral aan jodium)
- Bestrijd de brand met de beschikbare middelen (brandblusapparaat,...). Vermijd hierbij waterhaspels omdat deze de contaminaties uitbreiden. Een brandblusapparaat met schuim is aan te raden.
- Brandweer: enkel toegang met adembescherming (mogelijks jodium aanwezig)
- Houd een lijst bij met blootgestelde personen tijdens het incident.
- Verwittig Controlatom (zie lijst hieronder) :
 - o Controlatom zal de personen van de brandweer nameten op besmettingen
 - o Controlatom zal na de brand eerst metingen uitvoeren van de lokalen vooraleer toegang te verlenen voor het opruimen...

6 Overstroming

- Indien mogelijk: bronnen evacueren uit het warm labo (denk ook aan het afval, deze kunnen uitgebreide contaminaties veroorzaken door contact met water)
- Verwittig Controlatom

7 Lijst met telefoonnummers

Naam	telefoonnummer	Functie
		Aangestelde voor bewaking
		Diensthofd
		Preventiedienst
	02/674.51.20	Fysische controle - Controlatom
	02/289 21 11 02/502 89 99 (urgent)	FANC
	112	hulpdiensten

Opmerking: Deze procedure vervolledigt het noodplan.