

# Procedure kuisploeg

SOP - XXX

## 1 Historiek en goedkeuringsproces

Actie	Auteur	Datum + handtekening (laatste editie)	Goedkeuring	Datum + handtekening goedkeuring (laatste editie)	Goedkeuring fysische controle (datum en handtekening)
Redactie					
Aanpassing					
Aanpassing					

## 2 Inhoudstafel

1	Historiek en goedkeuringsproces .....	1
2	Inhoudstafel.....	1
3	Betrokken personen .....	1
4	Nieuw poetspersoneel.....	2
5	Bescherming.....	2
6	Poetsmateriaal .....	2
7	Wanneer wordt er schoongemaakt?.....	2
8	Wat/welke lokalen worden er schoongemaakt? .....	2
9	Wat wordt er NIET schoongemaakt? .....	2
10	Vuilnisbakken.....	3
11	Afsluiten dienst nucleaire geneeskunde.....	3

## 3 Betrokken personen

De schoonmaak van de dienst nucleaire geneeskunde wordt verzorgd door **bedrijf:.....** of door het eigen personeel van het ziekenhuis.

De betrokken personen en hun leidinggevenden hebben deze procedure ontvangen, gelezen en begrepen. Dit wordt bevestigd door hun handtekening in de lijst in annex. Enkel deze personen mogen de dienst poetsen

#### 4 Nieuw poetspersoneel

Personen die vervangingen doen tijdens ziekte, vakantie of nieuw personeel dient voorafgaand dezelfde informatie krijgen en worden voorzien van een dosimeter. De bedrijfsarts zal eveneens op de hoogte gebracht worden.

#### 5 Bescherming

- Steeds handschoenen dragen
- Na de manipulatie dienen de handen gewassen te worden.
- Steeds het poetsmateriaal van de dienst nucleaire geneeskunde gebruiken.
- Draag steeds uw dosimeter
- Poets enkel daar waar het afgesproken is met de dienst nucleaire geneeskunde. Deze zones zijn vrij van besmettingen.
- Het is verboden te roken, drinken en eten in de gecontroleerde zones.

#### 6 Poetsmateriaal

De dienst nucleaire geneeskunde heeft eigen poetsmateriaal. Enkel dit mag gebruikt worden. Het mag de dienst NIET verlaten.

#### 7 Wanneer wordt er schoongemaakt?

De dienst nucleaire geneeskunde wordt telkens op ..... schoongemaakt.

#### 8 Wat/welke lokalen worden er schoongemaakt?

- Burelen
- Secretariaat
- Wachtzalen
- Inspuitingslokaal
- Camerazalen
- Toiletten
- Grond warm labo
- .....

#### 9 Wat wordt er NIET schoongemaakt?

- Werktafel in het warm labo
- ZONE DIE AANGEDUID IS MET .....  
Hier werd radioactief product gemorst en mag voorlopig niet gepoetst worden.
- Afvallokaal
- Geen voorwerpen met een stralingssymbool
- .....



Deze zones kunnen enkel na expliciete vraag van de dienst nucleaire geneeskunde gepoetst worden. Ze zullen dan eerst worden nagemeten.

## **10 Vuilnisbakken**

De vuilnisbakken worden NIET geleidigd. Het personeel van de dienst nucleaire zal zelf alle vuilniszakken verzamelen (en in het afvallokaal bewaren)

Enkel de vuilnisbakken aangeduid met .....of geplaatst op.....mogen worden meegenomen.

## **11 Afsluiten dienst nucleaire geneeskunde**

Sluit steeds het warm labo en de dienst af bij het verlaten van de dienst nucleaire geneeskunde.

### **Annex 1.**

**Lijst met opgeleide mensen die mogen poetsen in de dienst nucleaire geneeskunde (opleiding in orde, dosimeter beschikbaar, medische toelating bedrijfsarts)**

<b>Naam en voornaam</b>	<b>Procedure ontvangen, gelezen en begrepen (gelieve te ondertekenen)</b>	<b>Dosimeter nummer</b>